



Secretaria Municipal de Saúde
Rua Adelino Bornelli, nº 530 - Fone/Fax: 35
3293 1616 Areado - MG
e-mail: saudeareado@gmail.com

Ofício nº: 013/2024
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2023

Sra.
Melissa Daniela Silveira
Pregoeira

Areado, 04 de março de 2024.

A Secretaria Municipal de Saúde, aqui devidamente representada por sua Gestora Selma das Dores de Ávila Moreira, concernente ao Processo nº 184/2023 e Pregão nº 83/2023 no que tange à interpelação da empresa impugnante, entende que:

1. No mercado existe variedade na capacidade de cilindros de reservatório de oxigênio gasoso medicinal. A secretaria solicita aquisição de cilindros que melhor atende a suas necessidades e demandas. No caso questionado, solicitou o cilindro com capacidade de 4m³.
2. No que tange os itens 4,5 e 6.
 - a. Item 4: Cateter nasal tipo óculos para oxigênio, confeccionado em P.V.C. atóxico e flexível, embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado com gás oxido de etileno.
 - b. Item 5: Regulador medicinal com fluxômetro – Válvula reguladora para cilindro com fluxômetro utilizada para administrar oxigênio que atenda as normas da ABNT NBR 11725 e 11906.
 - c. Item 6: Umidificador para oxigênio Tampa e porca injetados na cor do gás, fosco de PVC de 250ml com nível mínimo e máximo. Conexão padrão ABNT NBR 11906.
3. Referente ao prazo de atendimento mantém-se o previsto no edital devido às necessidades do usuário.
4. Em relação ao quantitativo de cilindro em comodato, entendemos que a quantidade de cilindros dependerá da demanda solicitada pelo profissional prescriptor (médico) para o usuário.
5. O prazo da vigência de contratação fica sob julgamento da Sra. Pregoeira a resposta.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Selma Moreira

SELMA DAS DORES DE ÁVILA MOREIRA
GESTORA MUNICIPAL DE SAÚDE